

## Baňka odměrná podle Kohlrauscha, třída přesnosti A, SIMAX

**Materiál** > Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100 a 200 ml
- úzké hrdlo s rozšířením na konci
- pro analýzu cukru dle Kohlrauscha
- bílá graduace



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Průměr [mm] | Průměr hrdla [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 632 431 478 030 | 100        | ±0,1          | 60          | 16                | 170        | 1-2 týdny  | 394 Kč    |
| 632 431 478 037 | 200        | ±0,15         | 75          | 19                | 210        | 1-2 týdny  | 449 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.