

Sklo a porcelán > Baňky > Odměrné

> Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, ověřená, SIMAX, Objem [ml]: 200

PDF

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, ověřená, SIMAX, Objem [ml]: 200

**Materiál** > Borosilikátové sklo 3.3      A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně PE zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | NZ    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-------|------------|-----------|
| 632 431 633 037 | 200        | ±0,15         | 75          | 210        | 14/23 | 1-2 týdny  | 617 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.