

Úvod > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Butyrometry > Butyrometry na sýr
> Butyrometr dle Van Gulika, na sýr 3 g, SIMAX

PDF

Butyrometr dle Van Gulika, na sýr 3 g, SIMAX

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků v sýru metodou podle Van Gulika
- stupnice: 0 – 20 nebo 0 – 40 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátky](#), [pohárek](#), [lodička](#)



Butyrometr na sýr, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 202 000	7342	0 – 20	0,5	NE	Kontaktujte nás	
632 438 204 000	7343	0 – 40	0,5	NE	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Butyrometr na sýr, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 202 020	7342-OL	0 – 20	0,5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 204 020	7343-OL	0 – 40	0,5	ANO	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.