

Čidlo kyslíkové, plastové, Theta 90

Kyslíkové elektrody slouží ke stanovení koncentrace kyslíku a to jak při provozním, tak i při laboratorním měření. Závislost výstupního signálu sondy na koncentraci kyslíku je lineární. Záruka je 6 měsíců (na vady způsobené výrobcem).



OC 224

Dva základní typy kyslíkových čidel Theta 90:

- s vloženým vnějším polarizačním napětím (Clarkova čidla) - vyžadují vlastní převodník nebo oximetr, stavěný na konkrétní typ čidla od konkrétního výrobce
- galvanické kyslíkové sondy bez vloženého vnějšího napětí (Johnsonova čidla) - jsou univerzálnější, k vyhodnocení jejich napěťového výstupu stačí běžný provozní milivoltmetr

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 061 151	OC 224	Polarizační Clarkovo	S teplotním čidlem v těle, výměnné membránové nosiče, průměr 12 mm, bez TK	Na dotaz	6 450 Kč
470 660 061 152	OC 253	Polarizační Clarkovo	Výměnné membránové nosiče, průměr 25 mm	Na dotaz	6 250 Kč
470 660 061 153	OC 254-SC	Polarizační Clarkovo	Do čelních snímačů Theta 90	Na dotaz	6 350 Kč
470 660 061 154	OC 255	Polarizační Clarkovo	S teplotním čidlem v těle, výměnné membránové nosiče, průměr 25 mm	Na dotaz	6 650 Kč
470 660 061 155	OC 256	Galvanické	Připojitelné k milivoltmetru, bez teplotní kompenzace	Na dotaz	5 850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.