

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO RUČNÍ A STROJOVÉ MYTÍ

[PDF](#)

Úvod > Chemikálie > Čisticí a dezinfekční prostředky > Pro ruční a strojové mytí

Neodisher, práškový čisticí přípravek

Práškové zásadité čisticí přípravky vhodné pro strojní nebo ruční mytí. Liší se složením, účinkem a kompatibilitou s materiály.



- pouze pro profesionální použití
- nesměšovat s jinými přípravky
- použitelné při všech tvrdostech vody
- všechny přípravky musí být následně odstraněny účinným oplachem

Přípravky pro strojní mytí

Neodisher LaboClean A8	▪ práškový, zásaditý čisticí přípravek pro použití ve speciálních myčkách ▪ složení: < 5 % dichlorisokyanurátu sodného, 15 – 30 % fosfátů ▪ velmi dobře odstraňuje krev, sérum, zbytky potravin (bílkoviny, škroby, tuky) a zbytky farmak, barev, želatin ▪ šetrný k materiálům ze skla, keramiky a nerezové oceli ▪ není vhodný pro barevné a lehké kovy ▪ oblast použití: strojní mytí laboratorního skla v lékařských, biologických, chemických a potravinářských laboratořích
Neodisher LaboClean F	▪ práškový, zásaditý čisticí přípravek pro použití ve speciálních myčkách, neobsahuje fosfáty a tenzidy ▪ složení: 5 – 15 % polykarboxylátů ▪ odstraňuje tuky, oleje, parafiny, pryskyřice, organická barviva, zbytky popisovačů ▪ vhodný pro materiály z nerez a drahých kovů; nepoškozuje borokřemičitanové sklo, natronová skla se mohou při delším používání zakalit ▪ není vhodný pro těžké ani lehké barevné kovy ▪ oblast použití: strojní mytí laboratorního skla a vybavení v kosmetickém průmyslu, potravinářských a průmyslových laboratořích a výrobě minerálních olejů
Neodisher LaboClean UW	▪ práškový, mírně zásaditý čisticí přípravek pro použití v myčkách, bez fosfátů ▪ složení: < 5 % neionogenních tenzidů ; 5 – 15 % bělicích prostředků na bázi kyslíku ▪ velmi dobře odstraňuje anorganické a organické zbytky ▪ šetrný k materiálům (všechno obvyklé laboratorní vybavení a laboratorní sklo) ▪ oblast použití: strojové čištění laboratorního skla a vybavení v laboratořích analýzy vod, sérologických ústavech a ve fosfátovém průmyslu

Přípravky pro ruční i strojní mytí

Neodisher LaboClean GK

- práškový, mírně zásaditý čisticí přípravek bez obsahu tenzidů
- složení: dichlorisokyanurát sodný, orthofosforečnan sodný
- lehce oplachovatelný (neobsahuje povrchově aktivní substance)
- odstraňuje zbytky živných půd, zbytky tkáňových a buněčných kultur, radioaktivní kontaminace a znečištění organickými pigmenty a barvami
- vhodný pro laboratorní vybavení ze skla, keramiky, křemíku a umělých hmot
- oblast použití: ruční i strojní mytí laboratorního skla v mikrobiologických, virologických a farmaceutických laboratořích stejně jako v laboratořích izotopů a nukleární medicíně

Přípravky pro ruční mytí

Neodisher PM5

- práškový, mírně zásaditý čisticí prostředek pro použití v ponorných lázních
- složení: < 5 % anionaktivních tenzidů, neionogenních tenzidů; > 30 % fosfátů
- šetrný k pokožce
- velmi nízké korozivní účinky
- dobře se oplachuje
- odstraňování všech druhů nečistot, např. organických zbytků jako jsou krev a bílkoviny, zbytků potravin a anorganických zbytků
- šetrný k běžným laboratorním materiálům, vhodný pro lehké a barevné kovy, pochromované předměty, nerez a zrcadla; u eloxovaného hliníku je nutno nejprve vyzkoušet odolnost
- oblast použití: ruční čištění laboratorního skla a chirurgických nástrojů v nemocnicích, zdravotnických, biologických a potravinářských laboratořích a v průmyslu

Obj. číslo	Typ	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
900 037 000 301	Neodisher LaboClean A8	10	1-2 týdny	2 335 Kč
900 037 000 308	Neodisher LaboClean GK	10	1-2 týdny	2 974 Kč
900 037 000 573	Neodisher LaboClean UW	10	1-2 týdny	2 703 Kč
900 037 000 521	Neodisher LaboClean F	3	1-2 týdny	899 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-A8.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-GK.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-UW.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-F.pdf

Neodisher, tekutý čisticí přípravek

Tekuté zásadité i kyselé čisticí přípravky vhodné pro strojní nebo ruční mytí. Liší se složením, účinkem a kompatibilitou s materiály.

- pouze pro profesionální použití
- nesměšovat s jinými přípravky
- všechny přípravky musí být následně odstraněny účinným oplachem



Neodisher Z



Neodisher Z

Zásadité přípravky pro strojní mytí

Neodisher LaboClean FT	▪ tekutý zásaditý čisticí prostředek s oxidačním účinkem pro použití ve speciálních myčkách, neobsahuje tenzidy ▪ složení: 5 – 15 % fosfáty, < 5 % bělicí složky na bázi chloru ▪ tvrdost vody max. 5 °d ▪ velmi dobrý čisticí účinek, dobře oplachovatelný (neobsahuje detergenty včetně povrchově aktivních substancí) ▪ odstraňuje živné půdy, krev, bílkoviny, radioaktivní kontaminaci, tkáňové a buněčné kultury ▪ vhodný pro běžné laboratorní materiály (sklo, keramika, křemík, umělé hmoty) ▪ není vhodný pro barevné a lehké kovy ▪ oblast použití: strojní čištění laboratorního skla v mikrobiologických a virologických laboratořích, nukleární medicíně, stravovacích provozech, k čištění infuzních lahví a vybavení v lékárnách, k odstranění textilních barviv
Neodisher LaboClean FLA	▪ tekutý silně zásaditý čisticí přípravek s vysokým podílem dispergačních složek pro strojové mytí laboratorního skla a nástrojů ▪ složení: 5 – 15 % polykarboxylátů ▪ tvrdost vody max. 3 °d ▪ neobsahuje fosfáty, surfaktanty ani oxidační přísady ▪ vhodný pro běžné laboratorní materiály (sklo, nerezová ocel, keramika, plasty) ▪ nevhodný na hliník, eloxované povrchy a slitiny lehkých kovů ▪ oblast použití: strojní čištění laboratorního skla v nemocničních, biologických, mikrobiologických a chemických laboratořích, čištění léků a zvířecích klecí

Zásadité přípravky pro strojní i ruční mytí a k předmytí materiálu určeného pro strojní mytí

Neodisher LM2	▪ tekutý mírně zásaditý čisticí prostředek pro použití v ultrazvukových a ponorných lázních a v myčkách pipet ▪ složení: < 5 % amfoterních tenzidů, anionaktivních tenzidů; 15 – 30 % fosfátů ▪ je možné jej používat při všech tvrdostech vody ▪ velmi dobře se oplachuje a má sníženou pěnovost (díky velmi nízké pěnovosti je vhodný k předběžnému čištění materiálu určeného pro strojní čištění) ▪ odstraňuje zaschlé organické (krev a bílkoviny), anorganické (zubní cement) a potravinové zbytky ▪ vhodný pro běžné laboratorní materiály (sklo, nerezová ocel, keramika, plasty), v případě lehkých kovů je nutné jej předem vyzkoušet ▪ oblast použití: ultrazvukové čištění chirurgických a dentálních nástrojů, používá se v nemocnicích, ordinacích zubních lékařů, lékařských, průmyslových a biologických laboratořích, k čištění vybavení a klecí určených pro chov pokusných zvířat
Neodisher LM3	▪ tekutý zásaditý čisticí přípravek pro ruční i strojní čištění laboratorního skla ▪ složení: < 5 % amfoterních tenzidů, neobsahuje fosfáty ▪ velmi dobře se oplachuje a má sníženou pěnovost (díky velmi nízké pěnovosti je vhodný k předběžnému čištění materiálu určeného pro strojní čištění) ▪ vhodný pro běžné laboratorní materiály (sklo, nerezová ocel, keramika, plasty), v případě lehkých kovů je nutné jej předem vyzkoušet ▪ odstraňuje organické zbytky (krev, bílkoviny), anorganické povlaky, zbytky potravin, nečistoty s radioaktivními částicemi ▪ oblast použití: ruční a strojní čištění laboratorního skla ve zdravotnických a biologických laboratořích, v průmyslových laboratořích analýzy vody, ve výzkumu, v průmyslu na zpracování (výrobu) fosfátů a kovů; vhodný pro použití v ultrazvukových a ponorných lázních a v myčkách pipet

Neutralizační a kyselé čisticí přípravky

Neodisher Z	▪ tekutý kyselý neutralizační a čisticí přípravek do mycích a dezinfekčních strojů, bez anorganického fosforu ▪ složení: organické kyseliny ▪ neobsahuje tenzidy, kyselinu fosforečnou, sloučeniny dusíku ani fosfáty ▪ je určen k neutralizaci po alkalickém mytí a k odstranění zbytků fosfátů, dusíkatých látek a tenzidů z povrchu ▪ při použití přípravku jako čisticího prostředku je třeba brát v úvahu odolnost čištěného materiálu, přístroje a celého odpadového systému vůči kyselinám ▪ nezpůsobuje korozi chirurgických nástrojů a jiných citlivých materiálů ▪ oblast použití: neutralizace zbytků alkalických mycích prostředků, pro analýzu vody, jako čisticí prostředek pro kyselé předčištění během strojního mytí chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, laboratorního skla a potřeb pro nemocnice, lékárny, kuchyně dětských školek, vodní, průmyslové a výzkumné laboratoře
------------------------	---

Obj. číslo	Typ	Balení	Dostupnost	Cena / ks
900 037 000 529	Neodisher LaboClean FT	12 kg	1-2 týdny	2 657 Kč
900 037 000 590	Neodisher LaboClean FLA	5 l	1-2 týdny	1 244 Kč
900 037 000 543	Neodisher LM3	10 l	1-2 týdny	3 414 Kč
900 037 000 540	Neodisher LM2	10 l	1-2 týdny	3 663 Kč
900 037 000 563	Neodisher Z	5 l	Skladem	1 401 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-FT.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LaboClean-FLA.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LM3.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-LM2.pdf
-  Bezpečnostní-list-Neodisher-Z.pdf