

Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody pH Theta 90
> Elektroda Pt redoxní kombinovaná, laboratorní, Theta 90

PDF

Elektroda Pt redoxní kombinovaná, laboratorní, Theta 90

Redoxní kombinované elektrody jsou určeny pro laboratorní a provozní měření oxidačně-redukčního potenciálu vody a dalších kapalin. Jako měrný kov je použita čistá platina.

Základní charakteristika Pt redoxní kombinovaných elektrod Theta 90:

- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- v případě potřeby lze za příplatek platinový terč nahradit zlatým (např. při redukci kyanidů)
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



ORC 103

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
Platinové redoxní elektrody kombinované - laboratorní:					
470 660 042 123	ORC 102	Redox kombinovaná laboratorní Pt	Gelový ref. elektrolyt	Na dotaz	2 950 Kč
470 660 042 124	ORC 103	Redox kombinovaná laboratorní Pt	Standardní	Na dotaz	2 950 Kč
470 660 041 128	ORC 103-BAZ	Redox kombinovaná Pt	Podle ČSN (přesný redox potenciál v bazénové vodě, bez kalibrace)	Na dotaz	3 350 Kč
470 660 042 126	ORC 105	Redox kombinovaná laboratorní Pt	S dvojitým solným můstkem	Na dotaz	3 620 Kč
470 660 042 127	ORC 105 plast	Redox kombinovaná laboratorní Pt	Plastová s dvojitým solným můstkem	Na dotaz	3 650 Kč
Platinová redoxní samostatná elektroda (pro měření v páru s referenční elektrodou):					
470 660 042 129	ORE 313	Redox samostatná Pt	Bez referenční elektrody v jednom těle	Na dotaz	2 650 Kč

Upozornění: Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.