

Úvod > Sklo a porcelán > Přístroje > Na stanovení
> Přístroj dle Winklera pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě

PDF

Přístroj dle Winklera pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

Přístroj dle Winklera pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě se používá k měření koncentrace kyslíku ve vodě. Obsah kyslíku se stanovuje titrací jodem. Je to velmi přesná metoda, která se využívá hlavně při monitorování kvality vody (jezerní, říční, pitné) a k měření množství kyslíku v akvakulturách.



- šikmá zátka s normalizovaným zábrusem NZ
- ploška na popis
- skleněná pipeta se stupnicí

Přístroj dle Winklera

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 447 702 300	Komplet s pojistným pérkem	250 – 300	19/26	1-2 týdny	2 265 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyslíkovky (kyslíkové láhve se šikmou zátkou)

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 447 702 154	Kyslíková láhev se šikmou zátkou, bez pojistného pérka	100 – 150	14,5/23	Na dotaz	2 037 Kč
632 447 702 305	Kyslíková láhev se šikmou zátkou, bez pojistného pérka	250 – 300	19/26	2-3 týdny	739 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.