

Přístroj na stanovení vody xylénem dle Dean Starcka

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

Přístroj na stanovení vody xylénem dle Dean Starcka se používá k měření obsahu vody v organických sloučeninách. Využívá se zejména při azeotropních destilacích a v procesech, jako je měření obsahu vody v potravinách, azeotropní sušení nebo dehydratace.



- objem: 10 ml (stupnice 0 – 10 ml, dělení 0,1 ml)
- nástavec s odměrnou trubicí s kohoutem s PTFE kladívkem (nulový bod nad kohoutem) a s NZ (typ jádro a plášť)
- chladič dle Liebigha s NZ (typ jádro) a plastovými olivkami, délka chladiče 400 mm
- baňka s kulatým dnem a NZ 29/32 (typ plášť), objem 500 ml

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
120 066 570 001	10	0,1	29/32	4-6 týdnů	4 534 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.